

दरपत्रक मागणी

सन 2024 - 2025 या आर्थिक वर्षात प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोंड, ता.देवगड, जि. सिधुदुर्ग साठी **Autoclave Single Drum / Double Drum** खरेदी करावयाचा आहे. तरी सदर कामासाठी इच्छुक दरपत्रक धारकांकडून खालील तपशिलात नमूद केलेप्रमाणे बंद लखोट्यात दरपत्रके मागविणेत येत आहेत.

अ. क्र.	तपशील	मक्तेदाराने सर्व करासहीत भरावयाचा दर
1	<p>प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोंड साठी खालील तपशिलाप्रमाणे Autoclave Single Drum खरेदी नग 1</p> <p>Features –</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoclave made from heavy 304 Grade Stainless Steel. Special Silicon make Jointless gasket for Lid. Special Silicon make Jointless gasket for Heating Coil. ISI approved Heating Coil Equiped with safety valve, Pressure Gauge, Heat Resistance Bachelite Knobs. <p>Specifications –</p> <ul style="list-style-type: none"> Size in Inches – 12*12 (D*H) Size in MM- 300*300(D*H) Size in Liter-21 MOC- SS 304 Heating Coil- 2 KW Pressure Gauge- 0-30 kg/cm sq. Working Temp.- 121 Degree Celsius Safety Valve- 1 Gasket - Silicon Power- 220/240 volts AC, 50HZ Suitable for 1 no of Dressing Drums Size 11"*9" <p>Warranty As per Company Rules</p>	1 मक्तेदाराने सर्व करासहीत दर
2	<p>प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोंड साठी खालील तपशिलाप्रमाणे Autoclave Double Drum खरेदी नग 1</p> <p>Features –</p> <ul style="list-style-type: none"> Autoclave made from heavy 304 Grade Stainless Steel. Special Silicon make Jointless gasket for Lid. Special Silicon make Jointless gasket for Heating Coil. ISI approved Heating Coil Equiped with safety valve, Pressure Gauge, Heat Resistance Bachelite Knobs. <p>Specifications –</p> <ul style="list-style-type: none"> Size in Inches – 12*12 (D*H) Size in MM- 300*600(D*H) Size in Liter-40 MOC- SS 304 Heating Coil- 2 KW Pressure Gauge- 0-30 kg/cm sq. Working Temp.- 121 Degree Celsius Safety Valve- 1 Gasket - Silicon Power- 220/240 volts AC, 50HZ Suitable for 1 no of Dressing Drums Size 11"*9" <p>Warranty As per Company Rules</p>	1 मक्तेदाराने सर्व करासहीत दर

इच्छुक दरपत्रक धारकांनी सदरची दरपत्रक नोटीस प्रसिध्द झालेल्या दिनांकापासून 7 दिवसांपर्यंत व शेवटच्या दिवशी दुपारी 03.00 वाजेपर्यंत विहित नमून्यात परिपूर्ण दरपत्रक बंद लखोट्यातून या कार्यालयास सादर करावे. अथवा डाक सेवारे सादर करावयाची आहेत. मदतीत प्राप्त दरपत्रकांची नोंद घेतली जाई.

व शर्तीपूर्ण झालेली दरपत्रके त्याच दिवशी सांयकाळी 5.00 वाजता खोलून तुलनात्मक तक्त्याच्या आधारे किफायतशीर दरपत्रक धारकला पुढील आदेश देणेत येईल.


दरपत्रकाच्या अटी व शर्ती

- 01) दरपत्रक सादर करतेवळी दरपत्रकासोबत शासकिय संस्थेमार्फत दिलेला नोंदणी दाखला / जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्र तसेच नोंदणीपत्रकावर नमूद मालकाचे पॅनकार्ड झेरॉक्स सोबत जोडावयाचे आहेत. दरपत्रक सोबत सादर करावयाच्या बंद लखोट्यांत सदरची नोंदणी प्रमाणपत्र व मालकाचे पॅनकार्ड झेरॉक्स सोबत सादर करणे आवश्यक आहे अन्यथा सदरची दरपत्रक नामंजूर करणेत येतील.
- 02) दरपत्रकातील दर हे सर्व करासहीत तसेच या कार्यालयाकडे पोहच करावयाच्या व जोडणीच्या सर्व खर्चासहित नमुद असावेत. दरपत्रकात नमुद दरा व्यतिरिक्त इतर कोणतीही अतिरिक्त दर अदा केले जाणार नाही.
- 03) ज्या दरपत्रक धारकांचे दरपत्रक मंजूर होईल त्यांनी आदेश दिलेपासून दरपत्रकात नमूद काम हे 07 दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक राहिल. तसेच सदर दर हे माहे डिसेंबर 2024 या कालावधीसाठी ग्राह्य राहतील याची नोंद घ्यावी. तसेच वस्तुच्या नग संख्येमध्ये आवश्यकते प्रमाणे अनुदानाच्या उपलब्धते नुसार बदल होवु शकतो.
- 04) मंजूर दरपत्रकानुसार सदर काम पूर्ण झालेवर सर्व करांसहित झालेल्या कामाचे देयक कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे.
- 04) मुदतीत प्राप्त न होणारी एक अगर सर्व दरपत्रके नाकारण्याचा अधिकार खाली सही करणार यांनी राखून ठेवला आहे.

दरपत्रक मागणी नोटीस लावण्याचे ठिकाण

- 01) प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोंडच्या नोटीसबोर्ड
- 02) www.nrhm.maharashtra.gov.in
- 03) www.arogya.maharashtra.gov.in

वरील संकेतस्थळावर दरपत्रक नोटीस प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासून 7 दिवसाच्या मुदतीत दरपत्रक स्वीकारली जातील याची नोंद घ्यावी.


वैद्यकीय अधिकारी गट अ
प्रा.आ.केंद्र मोंड
ता.देवगड, जि.सिंधुदुर्ग