



महाराष्ट्र शासन

उपसंचालक आरोग्य सेवा

राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे
लष्कर पाणी पुरवठा आवार, सेंट मेरी शाळेजवळ, पुलगेट, स्टॅब्ले मार्ग, पुणे ४११००१

दूरध्वनी- कार्यालय:- (०२०) २६३३०५०९/२६३३०२२५

Email : statehealthlab@gmail.com

aosp@pune@gmail.com



राज्य सार्वजनिक आरोग्य सेवा
पुणे भारत

आरोग्य सेवा

जा.क्र.उसंआसे/रासाआप्र/भांडार/यंत्रसामुग्री/दरपत्रके/०५-०६ /२०२४
दिनांक : ०२/०९ /२०२४

प्रति,

विषय - राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे या प्रयोगशाळेकरिता यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके सादर करणेबाबत....

उपरोक्त विषयान्वये आपणास कळविण्यात येते की, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे या कार्यालयासाठी सोबत जोडलेल्या तांत्रिक विनिर्देशानुसार Muffel Furnace - ०२ नग खरेदी करण्यासाठी दरपत्रके सोबत जोडलेल्या अटी व शर्तीनुसार मागविण्यात येत आहे.

सदर दरपत्रक सिलबंद लिफाफयात दिनांक ०६/०९ /२०२४ रोजीच्या आत कार्यालयीन वेळेत या कार्यालयात पोहचतील अशा रितीने पाठवावी. विहीत केलेल्या वेळेनंतर कार्यालयास प्राप्त झालेली दरपत्रके स्विकारण्यात / विचारात घेण्यात येणार नाहीत याची नोंद घ्यावी.

दरपत्रके स्विकारणे अथवा नाकारणे तसेच सदर खरेदी प्रक्रिया पुर्णपणे रद्द करण्याचे अधिकार उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांनी राखून ठेवले आहेत.

(श्री.विनोद कृ. फाळे)
मा. उपसंचालक, आरोग्य सेवा,
राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे.

प्रत - संकेतस्थळ

प्रत - नोटीसबोर्ड

Specification of muffle furnace

1	Chamber size for sample insertion	$12 \times 6 \times 6$ (inch)
2	Maximum temperature	1200°C
3	Working temperature range	1000°C to max 1150°C
4	Temperature uniformity	Uniform temperature of $\pm 3^\circ\text{C}$ within dimension of (Height)×(Width)×(Depth)
5	Temperature controller	<ul style="list-style-type: none"> *Programmable PID temperature controller (PPI). *Temperature control accuracy of $\pm 1^\circ\text{C}$. *Precise and accurate temperature control. *Dual display to view set and current Temperature.
6	Accuracy	$\pm 3^\circ\text{C}$
7	Temp. Sensor	Thermocouple type K/N or equivalent (calibrated)
	Protections	Overheat and surge current protection for furnace safety.
8	Electrical input	240V, 50Hz, single phase.
9	Ramp rate and Heating Speed	Heating speed should be controllable and minimum value should be 1 °C.
10	Control panel	<ul style="list-style-type: none"> *Control panel fitted on top of the units with indicating lamps and switches. *Front hole for observation with shutter knob.

अटी व शर्ती

- १) दरपत्रकाच्या लिफाफयावर "Quotation For Muffel Furnace" असा स्पष्ट उल्लेख असावा.
- २) दरपत्रक सादर करतांना दरपत्रकावर या कार्यालयाच्या दरपत्रक मागणीपत्राचा क्रमांक व दिनांक नमुद करणे बंधनकारक आहे.
- ३) दरपत्रके पुरवठादाराच्या लेटर हेडवर सादर करावीत व त्यावर शिक्यासह स्वाक्षरी असावी.
- ४) दर नमुद करतांना मुळ किंमत (Basic Price), जीएसटीचे दर व रक्कम (GST rate & amount) सवलतीचे रक्कम (Discount amount) व इतर खर्च स्पष्टपणे वेगवेगळे दाखवावे. मान्य केलेल्या दराव्यतीरिक्त इतर कोणताही खर्च अदा केले जाणार नाही.
- ५) दरपत्रकावर जीएसटी क्रमांक व पैन नंबर याचा उल्लेख असावा.
- ६) दरपत्रके दि. ३०/०९ / २०२४ रोजी सकाळी ११ वाजता उघडण्यात येतील. दरपत्रके उघडण्याच्या वेळी संबंधीत पुरवठादार / त्यांचे प्रतिनीधी कार्यालयामध्ये उपस्थित राहू शकतात.
- ७) ई - मेल मार्गाने सादर केलेले दरपत्रक स्विकारले जाणार नाहीत.
- ८) पुरवठादार संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहिल
- ९) पुरवठादाराने मागील तिन वर्षांचे आयकर भरणा केल्याचे प्रमाणपत्र जोडणे बंधनकारक राहिल.
- १०) दरपत्रासोबत पैन कार्ड व जीएसटी नोंदणी प्रमाणपत्राच्या स्वसांक्षाकीत छायांकीत प्रती (Self attested xerox copy) सादर केल्या असतील तरच दरपत्रक वैध मानन्यात येईल. जीएसटीचे प्रोफ्रीजनल नोंदणी प्रमाणपत्र जोडलेले दरपत्रक अवैध समजण्यात येतील.
- ११) सदरील उपकरण इतर कोणत्या विभागास पुरवठा केलेला असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र जोडणे.
- १२) दरपत्रक स्विकारणे अथवा नाकारणे तसेच सदर प्रक्रिया पुर्ण पणे रद्द करण्याचे अधिकार उपसंचालक आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे यांनी राखून ठेवले आहेत.
- १३) मुळ उपत्यादक संस्थेचे प्राधिकार पत्र (Authorization Letter) जोडल्यास प्राधान्य.