



महाराष्ट्र शासन  
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे.



दूरध्वनि क्र. वै (०२०- ६०५८५२५)	 उपसंचालक, आरोग्यसेवा (परिवहन), पुणे. ८ केनेडीरोड, नायडू हॉस्पिटल कंपाऊंड, पुणे ४११००१ यांचे कार्यालय. कार्यालयीन दूरध्वनि क्र. (०२० (२६०५८५२५), (०२० (२६०५८९१२ कार्यालयीन फॅक्सक्रमांक: (०२०(२६०५८३७८ ई-मेल आयडी : ddhs.transport@gmail.com
आरोग्य सेवा	
	जा.क्र.आसेप/ एचईएम आर (मु)/कक्ष -१२०/शी.साउप.सुट्टे भाग व साहित्य / अंदाज दरपत्रके मागणी /२०२४-२५/ १२४ /२०२५ दिनांक - ९/१/२०२५

प्रति

-----  
-----  
-----

विषय :- सन २०२४-२५ साठी राज्यातील आरोग्य संस्थांमधील शीतसाखळी उपकरणे (आय एल आर, डीप फ्रीझर, स्टॅबिलायझर, तसेच विभागीय मंडळ स्तरावरील शीतसाखळी उपकरणे (वॉक इन कुलर, वॉक इन फ्रीझर, स्टॅबिलायझर) ई दुरुस्तीसाठी लागणारे सुट्टे भाग व साहित्याचे अंदाजपत्रकीय दर पत्रके मागवून सादर करणेबाबत .....

उपरोक्त विषयानुसार या उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन) पुणे कार्यालयास सन २०२४-२५ साठी शीतसाखळी उपकरणे (आय एल आर, डीप फ्रीझर, स्टॅबिलायझर, तसेच विभागीय मंडळ स्तरावरील शीतसाखळी उपकरणे (वॉक इन कुलर, वॉक इन फ्रीझर, स्टॅबिलायझर) ई दुरुस्तीसाठी लागणारे सुट्टे भाग व साहित्य यांची आवश्यकता आहे. तरी त्यासाठी इच्छुक संस्थेने आपले अंदाजपत्रकीय दर ( सर्व करांसहित) अटी व शर्तीसह आपले संस्थेच्या लेटरहेडवर दिनांक १५/ ०१/ २०२५ रोजी दुपारी २.०० पर्यंत सिलबंद लिफाफ्यामध्ये या कार्यालयास सादर करावेत. सिलबंद लिफाफ्यावर "शीतसाखळी उपकरणे दुरुस्ती साठी लागणारे सुट्टे भाग व साहित्य यांचे अंदाजपत्रकीय दर पत्रके" असा स्पष्ट उल्लेख करावा.

Sr.No.	Name of the spare part	Specification	Qty	Rate/per unit with all Taxes
1)	Servo voltage stabilizer 1 KVA	Input voltage range 150-280 Volt AC,single phase , with low voltage cut off when input voltage below 150V+/-5V,High voltage cut off 280V+/-5 v, protection Over/ under r voltage protection , over load & Short circuit , Time delay 6-9 minutes , after the cut off along with quick start button, two output socket of 15 amp.ISI Marked, led indication should be provided		
2)	Servo voltage stabilizer 10 KVA	voltage stabilization & surge protection is required ,All components IS specification servo Motor operated line voltage correctors type, continuous duty, conforming to IS 815 (Pt.1)/1994 (reaffirmed) suitable for phase voltage 160-260 Volts ,Three phase line voltage corrector shall comprise three phase line voltage corrector		
3)	R-134a Refrigerant (Tin)	Non CFC with Tin 450gm,		
4)	R-600a refrigerant (Tin)	Non CFC with Tin		
5)	R 404a Refrigerant	Non CFC with cyclinder		
5)	Digital temperature controller Sub Zero SZ 7569	Power supply AC 90vto 250v , Temp. Range -50 to + 99 C , measuring Input : NTC , water proof sensor 1 meter, size :75 mmX34mmX85mm		
6)	Digital temperature controller Danfoss ERC111a	100-240VAC , 50 Hz, Key pad 4 button,Dimension :78.25 mmX51.25 mm X 28 MM ,Display LED, 3 digit decimal point , multi functionally icons,		
7)	Compressor 1/5 HP kirloskar R134a	372 LAG Kirloskar make		
8)	compressor	Secop NLE9KTK, refrigerant R 600a,Application :LBP,Voltage range 187 V- 254 V ,Power 211 watt , LRA 5.0 Amp.		

9)	compressor	Secop TLES7KTK, Application :LBP,Voltage range 187 V- 254 V ,Power 163 watt , LRA 4.3 Amp.		
10)	PTC Relay	For Danfoss compressor relay No 103N0021		
11)	LMS Relay	Suitable for 1/5 HP compressor, High Starting torque, Suitable for ILR & DF 117U6000 for danfoss compressor or compatible		
12)	Starting Capacitor 80/100 mfd	single phase 230 v , compartable for 1/5 HP compressor , capacitance 80-100 mfd with +_ 5% tollerance , terminal 2 type ,Dielectric material (PP) study		
	Starting Capacitor 40/60 mfd			
13)	Running capacitor 4	Running capacitor 4 mfd +_ 5% tollerance, 450 VAC		
14)	Rexnord Fan motor For ILR & DF 10 watt with blade	Fan motor with bracket & Blade,RPM 1300 watt ,		
15)	Buten Gas For welding (Handy Tin)			
16)	ILR Door Hinges	Suitable for Vestfrost ILR VLS 300/400		
17)	Battery Charger	Suitable for Vestfrost ILR VLS 300/400, 1) Input 100-240Vac, 50/60Hz,0.7A, 2) Output Supply -14.3 Vdc, 2.09A, 30watt max.		
18)	Battery	Suitable for Vestfrost ILR VLS 300/400, 1) Model -HRL 1234w, 12 V, 34watt, 2) Dimension LxWxH mm- 150.1x64.8x98.3 3) capacity -34w@25 C 4) Max. charging current limit 3.4a		
19)	ILR Door lock	Suitable for Vestfrost ILR VLS 300/400		
20)	Contactore	4 pole 3 phase . 32 Amp.		

21)	Circular temperature chart recorder	For Walk in cooler		
22)	Circular Temperature Chart graph paper	4: & 6"		
23	Circular temperature graph chart pen recorder			

दरपत्रके सादर करणेविषयीचा तपशिल व कालावधी:

अ.क्र.	तपशिल	कालावधी
१)	या कार्यालयाच्या सूचना फलकावर दरपत्रके सादर करणे साठी नमुना प्रपत्र उपलब्ध असण्याचा कालावधी	दि. ११/१/२०२५ ते दिनांक १७/०१/२०२५
२)	दरपत्रके सादर करण्याचा कालावधी	दि. ९/१/२०२५ ते दिनांक १७/१/२०२५ (कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी)
३)	दरपत्रके सादर करण्यासाठीचा कालावधी व अंतिम मुदत	दि. ९/१/२०२५ ते दिनांक १७/१/२०२५ दु.०२ .०० वाजेपर्यंत
४)	दरपत्रके उघडण्यासाठीचा दिनांक व वेळ	दि. १७/१/२०२५, वेळ - दु.०३.००

प्राप्त संस्थांची दरपत्रके उघडण्याची वेळ ही शक्यतो दिनांक दि. १७/१/२०२५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता असेल व सदर दरपत्रके उघडण्यासाठी वेळी उपस्थित असलेल्या संबंधित संस्थांचे प्रमुख अथवा त्यांनी प्राधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींचे समक्ष उघडण्यात येतील.

दरपत्रके सादर करणेबाबतच्या सूचना :

- १) खाडाखोड असलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही .
- २) निविदाकार /दरपत्रक सादर करणारी संस्था ज्या साहित्यासाठी दरपत्रक सादर करीत आहे ,त्या साहित्याचा पुरवठादार /उत्पादक असणे आवश्यक आहे.
- ३) दरपत्रकासोबत एकल निविदा असणेबाबत तसेच खरेदी प्राधिकाऱ्यासोबत कोणत्याही प्रकारचा

हितसंबंधाचा संघर्ष नसल्याबाबत “निविदाकारांची हमी” चे विहित नमून्यातील हमीपत्र परिशिष्ट प्रपत्र — अ सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

४) उशिरा आलेले दरपत्रक विचारात घेतले जाणार नाही.

५) दरपत्रके सादर करणाऱ्या संस्थेची कायदेशीर बाबींतर्गत संबंधित व्यवसाय विषयीची आणि सर्व प्रकारांच्या करांसाठीची नोंदणी असणे आवश्यक असून सादर प्रमाणपत्रे दरपत्रकासोबत जोडून सादर करावीत. (उदा. शॉप Act रजिस्ट्रेशन, एसजीएसटी, सीजीएसटी रजिस्ट्रेशन, पॅन कार्ड, सर्विस टॅक्स रजिस्ट्रेशन, बँक खाते डिटेल् इ. आवश्यकतेनुसार लागू असणारे)

६) दरपत्रके ही संस्थेच्या लेटरहेडवर असावीत. तसेच नमुना प्रपत्रामध्ये दर नमूद करून सदरील लेटरहेड हे सही व शिक्क्यासह या कार्यालयात मोहरबंद लीफाफयात सादर करावीत. व लीफाफयावर शीतसाखळी उपकरणे दुरुस्तीसाठी लागणारे सुट्टे भाग अंदाज पत्रकीय दर पत्रक असा स्पष्ट उल्लेख असावा .

७) दर पत्रके कार्यालयाच्या पत्त्यावर कार्यालयीन कामकाजाचे दिवशी, कार्यालयीन वेळेत सादर करता येतील . पत्ता — उपसंचालक, आरोग्य सेवा (परिवहन), ८ केनेडीरोड, नायडू हॉस्पिटल कंपाउंड, पुणे ४११००१ .

९) दरपत्रके स्विकारण्याचा अथवा नाकारण्याचे संपुर्ण अधिकार हे या कार्यालयाने राखून ठेवलेले आहेत. याची कृपया नोंद घ्यावी.

  
(श्री वैजनाथ गलांडे)

उपसंचालक,  
आरोग्य सेवा (परिवहन), पुणे

प्रत:- नोटीस बोर्ड



प्रपत्र - अ

निविदाकारांनी द्यावयाच्या हमीपत्राचा नमूना

मी/आम्ही/आमची संस्था या पत्रान्वये हमी देतो की, आमचा खरेदी प्राधिकाऱ्याबरोबर कोणत्याही प्रकारे हितसंबंधाचा संघर्ष नाही तसेच मी/आम्ही/आमची संस्था सदर कामासाठी फक्त एकच दरपत्रक सादर केलेले आहे. तसेच दरपत्रक प्रक्रियेमध्ये भाग घेणाऱ्या अन्य संस्थांमध्ये आम्हाला कोणत्याही प्रकारचे थेट स्वारस्य नाही.

दिनांक :-

पुरवठाधारकाची सही व संस्थेचा शिक्का

